

日薬情発第93号
令和5年10月18日

都道府県薬剤師会担当役員殿

日本薬剤師会

担当副会長 川上 純一

経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えに係る方針の一部見直し及び
旧規格に適合した経腸栄養分野の小口径コネクタ製品を製造販売する場合の
取扱いに関するQ&Aについて

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

標記について、厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室、医薬局
医薬品審査管理課、医療機器審査管理課、医薬安全対策課より、別添のとおり事務連絡が
ありましたのでお知らせいたします。

会務ご多用のところ恐縮ながら、貴会会員にご周知下さるようお願い申し上げます。



事務連絡
令和5年10月10日

公益社団法人 日本薬剤師会 御中

厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課
厚生労働省医薬局医療機器審査管理課
厚生労働省医薬局医薬安全対策課

経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えに係る方針の一部見直し及び
旧規格に適合した経腸栄養分野の小口径コネクタ製品を製造販売する場合の
取扱いに関するQ&Aについて

標記について、別添のとおり、各都道府県衛生主管部（局）等あてに事務連絡を
発出しましたので、御了知の上、貴会会員に対し周知方ご配慮願います。



事務連絡
令和5年10月10日

各 (都道府県
保健所設置市
特別区) 衛生主管部(局) 御中

厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課
厚生労働省医薬局医療機器審査管理課
厚生労働省医薬局医薬安全対策課

経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えに係る方針の一部見直し及び
旧規格に適合した経腸栄養分野の小口径コネクタ製品を製造販売する場合の
取扱いに関するQ&Aについて

経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えに係る方針の一部見直しについて
は、令和4年5月20日付け厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・
医務指導室、医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、医療機器審査管理課、医薬安
全対策課通知「経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えに係る方針の一部
見直しについて」(医政安発0520第1号、薬生薬審発0520第7号、薬生薬機発
0520第1号、薬生安発0520第1号。(以下「見直し通知」という。))により
お示ししているところであり、また、平成12年8月31日付け厚生省医薬安全
局長通知「医療事故を防止するための医療用具に関する基準の制定等について
(注射筒型手動式医薬品注入器基準等)」(医薬発第888号)の別添2で示す規
格(以下「旧規格」という。)に適合した経腸栄養分野の小口径コネクタ製品を
製造販売する場合の取扱いについては、令和4年6月30日付け医薬・生活衛生
局医薬品審査管理課、医療機器審査管理課、医薬安全対策課通知「旧規格に適合
した経腸栄養分野の小口径コネクタ製品を製造販売する場合の取扱いについて」
(薬生薬審発0630第2号、薬生薬機発0630第1号、薬生安発0630第1号。(以
下「取扱い通知」という。))によりお示ししているところです。

今般、別添のとおり、上記通知に関する質疑応答集(Q&A)について取りま
とめましたので、御了知の上、業務の参考として貴管内関係業者等に対して周知
願います。

(別添)

経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えに係る方針の一部見直し
及び

旧規格に適合した経腸栄養分野の小口径コネクタ製品を製造販売する場合の
取扱い
に関するQ&Aについて

Q 1 見直し通知に「長期的には、医療・介護時の安全性と利便性の両立が可能な新たな製品の開発等が望まれる。しかしながら、それまでの間、新規格製品の使用が困難であり、かつ旧規格製品を使用することについて、その目的に見合った医学的理由がある場合において、(中略)、旧規格製品の使用を可能とする。」とあるが、旧規格製品はいつまで使えるのか。

A 1 医療・介護時の安全性と利便性の両立が可能な新たな製品が開発され、使用可能になった際には、旧規格製品・新規格製品ともに当該製品に移行することが考えられるが、一般的に、新製品の開発には長期間を要すると考えられる。現時点では旧規格製品が使用できる期限は具体的には決まっていない。

Q 2 見直し通知に「新規格製品の使用が困難であり、かつ旧規格製品を使用することについて、その目的に見合った医学的理由がある場合において」とあるが、具体的にはどのような場合か。

A 2 令和4年度第1回薬事・食品衛生審議会医療機器・再生医療等製品安全対策部会安全対策調査会にあたり、関係学会から意見書が提出されており、例えば、以下のような場合が該当しうるとされている。

- ・胃ろう、胃チューブなど経管栄養からの注入と同時に、日常ケアとしての急速・頻回の減圧や排液、前吸引による胃内容の量や性状の確認が数多く必要な病態
 - ・ミキサ一食や半固形の注入が栄養学的に、消化器病態的に必要な病態
 - ・脱着時にねじり動作を要する新規格製品の使用に困難やリスクを伴う場合
- 詳細は、令和4年度第1回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医療機器・再生医療等製品安全対策部会安全対策調査会資料を参照されたい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25570.html

Q 3 見直し通知に「製造販売業者による旧規格製品の出荷期限は、当面の間
設けないこととする」とあるが、出荷期限設定の予定はあるのか。

A 3 A 1 のとおり、具体的な予定はない。製販業者及び販売業者は当面の間、
医療機関等の求めに応じ、旧規格製品の提供も継続できるよう努められた
い。

Q 4 取扱い通知に「本品における誤接続のリスクや例外的な使用をすること
に伴う不利益（例：緊急入院先で新規格製品が導入されている場合）を
被る可能性があることを（1）とともに医師が患者に説明した上で、その
使用について患者の同意を得ること」とあるが、同意書の取得が必要か。

A 4 同意書の取得を必須とするものではないが、個々の状況等に応じて適切
な方法で同意を得ること。

Q 5 取扱い通知に「(1) ～ (3) に関する記録を行うこと。」とあるが、記録
の方法について規定はあるか。

A 5 カルテへの記載等が想定されるが、個々の状況等に応じて適切な方法で
記録を行うこと。